

検体保管庫

【検体検査室】

検査部管理番号	設置機器名	名称・型番	製造会社名	温度設定	温度計番号	温度管理・メンテナンス
外注-01-02	薬用冷蔵庫	MPR-215F-PJ	パナソニックヘルスケア(株)	冷蔵庫 4~8℃ 自記記録計付	2011-外注-03-01	毎日業務開始時と終了時の2回 庫内温度記録。 温度計は年一回標準温度計にて 校正している。
				冷凍庫 -20℃ 自記記録計付	2011-外注-03-02	
緊急-01-01	薬用冷凍冷蔵庫	MPR-414F-PJ	パナソニックヘルスケア(株)	冷蔵庫 4~8℃ 自記記録計付	2011-生化-03-01	
				冷凍庫 -20℃ 自記記録計付	2011-生化-03-02	
生化-01-32	超低温冷凍庫	レブコUXF30086	朝日ライフサイエンス(株)	-80℃	2011-生化-03-08	
生化-01-33	超低温冷凍庫	レブコUXF30086	朝日ライフサイエンス(株)	-80℃	2011-生化-03-09	
生化-01-34	超低温冷凍庫	フリーザー超低温槽 CLN-35C	日本フリーザー株式会社	-80℃	2011-生化-03-10	

【一般検査室】

検査部管理番号	設置機器名	名称・型番	製造会社名	温度設定	計測温度計番号	温度管理・メンテナンス
一般-01-07	電子冷蔵庫	FEF-300	フジタカ	2~8℃	2011-一般-03-02	毎日業務開始時と終了時の2回 庫内温度記録。
一般-01-15	薬用冷凍冷蔵庫	MPR-215FS-PJ	パナソニックヘルスケア(株)	2~8℃	2011-一般-03-01	温度計は年一回標準温度計にて 校正している。